

Số: 830/TTYT-KHNV

Bắc Từ Liêm, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dịch vụ tư vấn E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu  
và Tư vấn thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu  
gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế phục vụ các hoạt động chuyên môn  
cho Trung tâm Y tế Quận Bắc Từ Liêm năm 2024”

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ Tư vấn đấu thầu.

Trung tâm Y tế Quận Bắc Từ Liêm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu Tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và Tư vấn thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế phục vụ các hoạt động chuyên môn cho Trung tâm Y tế Quận Bắc Từ Liêm năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quận Bắc Từ Liêm

Địa chỉ: Lô A5, Khu liên cơ quan, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung - nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ
- Số điện thoại: 096.313.7368
- Email: phongkhnvbactuliem@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ của đơn vị gửi về phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm (Địa chỉ: Lô A5, khu Liên cơ quan, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

- Nhận qua email: phongkhnvbactuliem@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:


- Từ 08h00 ngày 04 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 08 tháng 10 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung chi tiết:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu	Lập E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu	01	Gói thầu	Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm	Quý IV Năm 2024
2	Tư vấn Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	01	Gói thầu	Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm	Quý IV Năm 2024

2. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng
- Thanh toán: Thanh toán một lần trên cơ sở hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu của từng lần giao, nhận hàng, bảng xác định khối lượng hoàn thành

3. Các đơn vị cung ứng dịch vụ Tư vấn đấu thầu gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2.

Hồ sơ báo giá của các đơn vị cung ứng dịch vụ Tư vấn đấu thầu sẽ là căn cứ để Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và Tư vấn thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế phục vụ các hoạt động chuyên môn cho Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm năm 2024”. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của các đơn vị cung ứng dịch vụ Tư vấn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban giám đốc TTYT;
- Phòng DS-TTGD SK (Đăng tải Website TTYT);
- Phòng HC-TC-TC;
- Lưu: VT, KHN



Nguyễn Văn Tý



**Danh mục và dự toán "Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ các hoạt động chuyên môn  
cho Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm năm 2024"**

**Phụ lục 1**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /TTTT -KHNV ngày tháng năm 2024 của Trung tâm y tế Quận Bắc Từ Liêm)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Giá KH (VNĐ, có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
1	Nồi hấp tiệt trùng (≥40 lít)	<p style="text-align: center;"><b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b></p> <p><b>1. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024</li><li>- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li><li>- Phù hợp cho các phòng khám, bệnh viện lưu động, trung tâm y tế,...</li><li>- Có thể đặt bất cứ vị trí nào, chỉ cần được kết nối nguồn điện, không cần đường ống thoát nước</li><li>- Có thể khử trùng được các vật dài đặt theo chiều dọc</li><li>- Có thể khử trùng chất lỏng cần thiết để kiểm tra lâm sàng: "Sterilization/Warming" and "Dissolving/ Warming" là tiêu chuẩn, tối ưu cho khử trùng chất lỏng</li><li>- Cảm biến nổi tùy chọn cho phép đặt điều kiện khử trùng cho cả một khối chất lỏng lớn</li><li>- Xử lý khử trùng dụng cụ ở 138°C trong 3-4 phút, thường được yêu cầu trong các điều kiện khử trùng EN13060 Class N để khử trùng y tế.</li></ul> <p><b>2. Cấu hình cung cấp</b></p> <p>Máy chính: 01 cái Phụ kiện tiêu chuẩn Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p><b>3. Tính năng, thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Xử lý khử trùng dụng cụ ở 138°C trong 3-4 phút.</li><li>- Thể tích buồng: ≥40 lít</li><li>- Nhiệt độ khử trùng tối đa: từ 100 °C tới 138°C (0.260Mpa)</li><li>- Thời gian khử trùng: Từ 0 phút đến 48 giờ</li><li>- Nguồn điện: AC220/230/240V, 11/11/12A</li></ul>	Cái	04	139.000.000	556.000.000

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Giá KH (VNĐ, có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
2	Máy Doppler tim thai (Máy nghe tim thai)	<p>- Chức năng an toàn: Khóa liên động nắp, Chống thiếu nước, chống quá nhiệt, Chống quá áp, phát hiện hồng cầm biến, sao lưu bộ nhớ, Cầu dao chống rò, Van an toàn áp suất</p> <p><b>4. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.</li> <li>- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác</li> <li>- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: <math>\geq 12</math> tháng.</li> </ul> <p><b>1. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Cấu hình cung cấp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 cái</li> <li>- Đầu dò doppler: 01 cái.</li> <li>- Gel (60ml): 01 lọ</li> <li>- Pin: 2 pin AA</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01</li> </ul> <p><b>3. Tính năng, thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương có đèn nền, hiển thị cường độ tín hiệu, và cảnh báo khi hết pin</li> <li>- Dải nhịp tim: từ 50 đến 240 nhịp/phút.</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 2\%</math></li> <li>- Tần số sóng siêu âm: 2MHz</li> </ul> <p>Cường độ sóng siêu âm: 10m W/cm<sup>2</sup> hoặc nhỏ hơn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất đầu ra: 1.2W (loa tích hợp)</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác</b></p>	Cái	10	7.500.000	75.000.000



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Giá KH (VNĐ, có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
		- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác - Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: $\geq 12$ tháng.				
3	Máy khí dung (siêu âm)	<p><b>1. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> <li>- Điện nguồn sử dụng: 220V/50Hz</li> </ul> <p><b>2. Cấu hình cung cấp</b></p> Máy khí dung siêu âm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01</li> <li>- Bình nước có thể tháo rời: 01</li> <li>- Ống xông size M: 01</li> <li>- Ống ngâm: 01</li> <li>- Cốc thuốc: 02</li> <li>- Nắp cốc thuốc: 01</li> <li>- Giá đỡ cốc thuốc: 01</li> <li>- Dây nguồn: 01</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01</li> </ul> <p><b>3. Tính năng, thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình hiển thị: LED hoặc tốt hơn</li> <li>- Thông số hiển thị: hẹn giờ, lưu lượng gió, lưu lượng khí, mức độ thể tích luồng khí và thể tích phun khí dung</li> <li>- Có nút dừng trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>- Tần số siêu âm: <math>\geq 1,6</math> MHz</li> <li>- Kích thước hạt: <math>\leq 4,7</math> <math>\mu</math>m</li> </ul>	Cái	09	18.000.000	162.000.000

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Giá KH (VNĐ, có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
4	Máy đo đường huyết mao mạch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lượng nước ngoài: khoảng 450 ml</li> <li>- Dung tích cốc thuốc: khoảng 150 ml (tối thiểu 10ml)</li> <li>- Tỷ lệ phun khí dung: điều chỉnh trong khoảng từ 0,5 ml/phút đến 3 ml/phút</li> <li>- Đầu ra khí dung: <math>\geq 3</math> ml</li> <li>- Tỷ lệ đầu ra khí dung: <math>\geq 0,14</math> ml/phút</li> <li>- Thể tích khí: <math>\geq 17</math> L/phút</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.</li> <li>- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác</li> <li>- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: <math>\geq 12</math> tháng.</li> </ul> <p><b>1. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Cấu hình cung cấp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 cái</li> <li>- Bút chích máu: 01 cái</li> <li>- Bao đựng máy: 01 cái</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul> <p><b>3. Tính năng, thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công nghệ đo: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD)</li> <li>- Thời gian đo: <math>\leq 10</math> giây</li> <li>- Lượng mẫu tối thiểu: <math>\leq 1</math> <math>\mu</math>L</li> <li>- Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch</li> <li>- Dải đo: Từ 1,1 mmol/L tới 33,3mmol/L (Từ 20 mg/dL tới 600mg/dL)</li> <li>- Quản lý dữ liệu</li> </ul>	Cái	28	700.000	19.600.000



STT	Danh mục	<p style="text-align: center;"><b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b></p>	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Giá KH (VNĐ, có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
		<p>Bộ nhớ: lưu được đến 300 kết quả đo kèm ngày tháng và thời gian đo            Tính kết quả đo trung bình cho 7,14 hoặc 30 ngày            Truyền dữ liệu: USB hoặc tương đương</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tính năng âm báo: Tùy chọn âm báo khi phát hiện mẫu, thông báo lỗi</li> <li>- Chế độ tự động tắt: Sau 2 phút không hoạt động</li> <li>- Loại pin: Pin lithium 3V (CR2032)</li> <li>- Thời gian sử dụng pin: khoảng 1000 lần đo</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.</li> <li>- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác</li> <li>- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: <math>\geq</math> 12 tháng.</li> </ul>				
	<b>Tổng: 04 khoản</b>					<b>812.600.000</b>

**(Bằng chữ: Tám trăm mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.)**



**Phụ lục 2: Mẫu báo giá**  
(Kèm theo Yêu cầu báo giá của TTYYT-KHNV ngày tháng năm 2024  
của TTYYT Quận Bắc Từ Liêm)

## BÁO GIÁ

**Dịch vụ Tư vấn E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và  
Tư vấn thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu  
gói thầu: “Mua sắm thiết bị y tế phục vụ các hoạt động chuyên môn  
cho Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm năm 2024”**

**Kính gửi: Trung tâm y tế Quận Bắc Từ Liêm**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Quận Bắc Từ Liêm, chúng tôi...{ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh} báo giá cung cấp dịch vụ Tư vấn E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và Tư vấn thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị y tế phục vụ các hoạt động chuyên môn cho Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm năm 2024” như sau:

1. Báo giá dịch vụ Tư vấn E-Hồ sơ mời thầu, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và Tư vấn thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng... ngày kể từ ngày... tháng.....năm.....(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày..... tháng.....năm.....

(Ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I-Yêu cầu báo giá).

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thụ hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày tháng năm 2024

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

Ký tên, đóng dấu (Nếu có)